

boso

BOSCH + SOHN
GERMANY

ICHDK! Klíčový rizikový marker srdečního infarktu a cévní mozkové příhody!

Screening ICHDK s boso ABI-systémem!

- 1 x 4 = 1 měřením získáme hodnoty ze 4 končetin
- Měření trvá 1 minutu a může odhalit i asymptomatické pacienty
- Nový standard pro praktické lékaře
- Stanovení arteriální tuhosti měřením rychlosti pulzové vlny (PWV)



Prvotřídní kvalita pro lékaře a kliniky

Screening ICHDK s boso ABI-systémem

Nový standard pro praktické lékaře, nadstandard pro pacienty

Měření indexu kotník-paže s boso ABI-systémem netrvá déle než 1 minutu. Vyšetření dokáže odhalit i asymptomatické pacienty. Obsluha přístroje je natolik snadná, že měření lze delegovat na sestru, přičemž lékař provádí až hodnocení naměřených hodnot.

Přístroj je možno kdykoliv dodatečně rozšířit o modul pro měření rychlosti pulzové vlny (PWV) k určení arteriální tuhosti.

ICHDK! Klíčový rizikový marker srdečního infarktu a cévní mozkové příhody

- postiženo 13,7% české populace nad 50 let ¹⁾
- průměrná délka života je zkrácena o cca 10 let, každý 5. zemře v průběhu 5 let ²⁾
- 9 z 10 pacientů nevykazuje klasické symptomy a zůstanou neodhaleny ²⁾



VYROBENO V NĚMECKU
KLINICKY OVĚŘENO

¹⁾ zdroj: CZECH ABI Project

²⁾ zdroj: studie getABI / www.getabi.de

Premium-Qualität

boso Germany

Klíčový marker

Index kotník-paže

Index kotník-paže (ABI - Ankle Brachial Index) je důležitým rizikovým markerem a předpovídá pravděpodobnost výskytu srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a smrti.

Hodnota ABI < 0,9 vykazuje při stanovení ICHDK senzitivitu až 95% v porovnání s angiogramem jako zlatým standardem a naopak vylučuje toto onemocnění u zdravých lidí s takřka 100% specificitou.¹⁾ Studie getABI²⁾ prokazuje výskyt ICHDK u 20% pacientů nad 65 let.

CZECH ABI Project prokázal, že prevalence ICHDK u nemocných na 50 let věku s jedním rizikovým faktorem aterosklerózy a v populaci lidí nad 60 let věku je v České republice 13,7%.³⁾

Dosud bylo měření ABI indexu prováděno pomocí doppleru, což je časově náročná metoda vyžadující velké zkušenosti. Vyšetření cév je pak prováděno až v okamžiku, kdy ICHDK již způsobila symptomatické nebo asymptomatické onemocnění kardiovaskulárního systému, a to i ve vysoce rizikových skupinách pacientů jako kuřáci, diabetici nebo starší lidé. Boso ABI-systém 100 stanoví tuto rozhodující hodnotu mnohem **snadněji, rychleji a přesněji**, a tak vyšetření může být provedeno jako rutinní kontrola u každého pacienta.

Boso ABI-systém 100 vyplňuje důležitou mezeru v diagnostice kardiovaskulárního systému. Nepostradatelný ve vaší každodenní praxi.

¹⁾ Prof. Dr. med. Curt Diem, Vedoucí angiolog / Klinika Maxe Grundiga v Bühlerhöhe

²⁾ www.getabi.de

³⁾ zdroj: CZECH ABI Project

Výjimečný

boso ABL-systém 100

Patentovaný boso ABL-systém 100 nabízí v porovnání s dosavadní metodou měření dopplerem naprosto rozhodující přednosti pro lékaře i pacienty.

Včasná detekce a rutinní kontrola

Dříve bylo vyšetření prováděno ručním Dopplerem a to pouze v případě podezření na onemocnění pacienta. Vzhledem k časové náročnosti a manuálnímu výpočtu ABI indexu bylo toto vyšetření prováděno pouze na specializovaných pracovištích. Onemocnění ICHDK navíc dlouho nevykazuje žádné příznaky, a tak je často diagnostikováno pozdě.

Boso ABL-systém 100 je inovativní a rychlý způsob měření a interpretace indexu kotník-paže (ABI). To umožňuje provádět vyšetření v primární i sekundární péči o pacienta. Jedná se o jednoduchou a spolehlivou rutinní kontrolu, která je pacientem dobře akceptována, protože trvá pouze několik minut.



Měření ABI indexu na všech čtyřech končetinách současně.

boso Germany

Premium-Qualität

boso ABl-systém 100

Pouhé 1 měření zaručuje vysokou přesnost i úsporu času

Přístroj boso ABl-systém 100 pro zjištění hodnoty indexu kotník-paže (Ankle Brachial Index) využívá oscilometrickou metodu.

Přístroj provádí pouze jedno měření, a to souběžně na čtyřech končetinách ve stejném čase.

Pouze jedním měřením tak získáváme hodnoty ze všech končetin najednou. Výpočet ABI je proveden automaticky a správně, jako poměr systolického TK na jednotlivých dolních končetinách vůči VYŠŠÍMU systolickému TK z obou horních končetin (viz. obrázek). V dosavadní praxi, kde měření probíhala postupně na jednotlivých končetinách, mohlo docházet k velkým odchylkám v důsledku kolísání krevního tlaku v delším časovém odstupu. Právě tento patent souběžného měření na čtyřech končetinách zaručuje nejen **vysokou reprodukovatelnost** získaných hodnot, ale i značnou **úsporu času** pro obsluhu.


$$ABI_x = \frac{\text{systolický tlak } DK_x \text{ (dolní končetina)}}{\text{vyšší systolický tlak z obou horních končetin}}$$

Efektivní vyšetření - měření provádí sestra, lékař interpreтуje výsledek

Měření s přístrojem boso ABl-systém 100 je velmi snadné, nevyžaduje žádné speciální znalosti.

Právě proto může být delegováno na sestru. Samotné měření trvá v rozmezí 30 - 60 sekund.

Jakmile přístroj dokončí měření, jsou pořízené hodnoty k dispozici lékařů pro vyhodnocení.




Screeningové vyšetření

Snadné, rychlé a přesné

Sofistikovaný program **boso Profil Manager XD** stanovuje nejen přesnou hodnotu ABI na levé a pravé straně, ale i další markery kardiovaskulárního onemocnění.

Jsou měřeny i další důležité kardiovaskulární parametry jako krevní tlak na pažích a kotnících, stranový rozdíl v krevním tlaku (stenosa arteria subclavia), pulz, pulzní tlak, profil oscilací a upozornění na možné poruchy srdečního rytmu.



boso ABI-systém 100


Automatické vyhodnocení

Naměřené hodnoty jsou díky dodávanému programu vyhodnocovány automaticky a následně archivovány pro možnost zpětného srovnání s novějším měřením. Díky barevnému odlišení fyziologických hodnot od patologických, je obsluha přehledně informována o zdravotním stavu pacienta nejen na obrazovce, ale i výtisku.

Všechny mimolimitní hodnoty se automaticky zobrazují červeně.

Komunikace s ambulantními programy

Vyhodnocovací program boso Profil Manager XD je propojen s celou řadou ambulantních programů, čímž odpadá opakované vyplňování patientských údajů a navíc umožňuje přenést naměřené hodnoty do karty pacienta. Tím se stává vyšetření ICHDK ještě jednodušším a efektivnějším.



limity pro hodnocení ICHDK

ABI na pravé straně

rychlost šíření pulzové vlny cf-PWV_calc (carotis-femoralis)

rychlost šíření pulzové vlny ba-PWV (brachial-ankle)

systolický TK na dolních končetinách

lékařské hodnocení

Marker tuhosti cév

Rychlost pulzové vlny (volitelný modul)

Měření rychlosti pulzové vlny (PWV) je důležitým ukazatelem tuhosti cévní stěny.

Boso ABI-systém 100 lze doplnit o nadstavbový modul oboustranného měření rychlosti pulzové vlny **ba-PWV** (brachial-ankle) a následně je vypočítána rychlost pulzové vlny **cf-PWV** (carotis-femoralis).

Se stoupajícím věkem a vlivem dalších faktorů, především klasickými kardiovaskulárními rizikovými faktory, dochází k navýšení tuhosti cévních stěn. Zvyšování tuhosti cév vede k charakteristickým změnám hemodynamiky. Rozvoj arteriální hypertenze ve středním a pokročilém věku je úzce spojen s navýšením tuhosti cévních stěn.

Měření rychlosti pulzové vlny je důležité v tom, že má velkou prognostickou hodnotu. Zpřesňuje prognózu oproti klasickým kardiovaskulárním rizikovým faktorům, jako je krevní tlak, hladina cholesterolu či kouření. Rychlost pulzové vlny je tím vyšší, čím je větší tlaková zátěž na cévní systém.¹⁾



¹⁾ prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., II. Interní klinika LF a FN v Plzni, Centrum pro výzkum a léčbu arteriální hypertenze


boso ABl-systém 100

U pacientů sledovaných pro arteriální hypertenzi rozšíří vyšetření tuhosti cév kvantifikaci kardiovaskulárních rizik a upozorní na poškození cílových orgánů. Vyšetření tuhosti cév u pacientů s arteriální hypertenzí je doporučeno Evropskou společností pro hypertenzi (ESH), Evropskou kardiologickou společností (ESC) a Českou společností pro hypertenzi (ČSH).

Hraniční hodnota rychlosti pulzové vlny (cf) pro stanovení možné existence poškození cílového orgánu je **10 m/s**. Podle aktuálních směrnic pro hypertenzi jsou terapeutickým cílem u těchto pacientů nízké-normální hodnoty systolického TK. Doporučuje se důkladné kardiovaskulární vyšetření, stejně jako důsledné sledování všech kardiovaskulárních rizikových faktorů.

ba-PWV (= brachial-ankle (ba-)PWV), vlevo

ba-PWV (= brachial-ankle (ba-)PWV), vpravo




cf-PWV_calc (= vypočtená carotis-femoralis (cf-)PWV)


Pro každodenní praxi

Ukázky klinických nálezů



... PODEZŘENÍ NA VYSOKÝ KREVNÍ TLAK



... PODEZŘENÍ NA EXTRASYSTOLU (-Y)




Ukázky klinických nálezů




Pro každodenní praxi

Ukázky klinických nálezů

STRANOVÝ ROZDÍL 22 mmHg = PODEZŘENÍ NA STENOSU ARTERIA SUBCLAVIA




cfPWV > 10 m/s = PODEZŘENÍ NA VYSOKOU CÉVNÍ TUHOST




boso ABI-systém 100

cfPWV = 6,7 m/s FLEXIBILNÍ CÉVY



... PODEZŘENÍ NA ICHDK A VYSOKOU CÉVNÍ TUHOST



Ukázky klinických nálezů

Validace

Klinické studie

Studie CZECH ABI Project

Přístroj boso ABI-systém 100 byl použit ve studii CZECH ABI Project, ve které bylo vyšetřeno celkem **6.685** pacientů. Výsledky této studie se následně staly klíčovým podkladem pro vytvoření nového kódu výkonu „12024 - Měření ABI (indexu kotník - paže) na čtyřech končetinách oscilometrickou metodou“.

Výsledky studie jsou k dispozici na: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23183507>

The Czech ABI Project – Prevalence of peripheral arterial disease in patients at risk using the ankle-brachial index in general practice (a cross-sectional study)

**Debora KARETOVÁ¹, Bohumil SEIFERT², Jana VOJTÍŠKOVÁ²,
Karel ROZTOČIL³, Renata CÍFKOVÁ¹**

¹ 2nd Department of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, and General University Hospital, Prague

² Institute of General Practice, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague

³ Department of Transplant Surgery, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague

Boso ABI-systém 100 byl úspěšně validován vůči dopplerovskému měření ABI

Studie porovnávající měření ABI indexu cévní dopplerem a přístrojem boso ABI-systém 100 byla publikována ve Swiss Medical Weekly. Kompletní výsledky studie jsou k dispozici na www.smw.ch/docs/smw/archiv/pdfcontent/smw-12636.pdf nebo na produktových stránkách www.boso-abi.cz.

Oscillometric measurement of ankle-brachial index in patients with suspected peripheral vascular disease: comparison with Doppler method

Nicolas Diehm^a, Florian Dick^{b,c}, Carsten Czuprin^a, Holger Lawall^d, Iris Baumgartner^a, Curt Diehm^d

Swiss Cardiovascular Centre, Division of Clinical and Interventional Angiology^a and Cardiovascular Surgery^b, University Hospital Insel, Bern, Switzerland

^c Imperial College Vascular Surgery Research Group, Division of Surgery, Oncology, Reproductive Biology and Anaesthetics, Charing Cross Hospital, London, UK

^d Department of Internal and Vascular Medicine, Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, University of Heidelberg, Germany

Oblasti využití

Uplatnění v mnoha medicínských oborech

Index kotník – paže (angl. Ankle Brachial Index - ABI) má vysokou výpovědní hodnotu v předpovědi infarktu, cévní mozkové příhody a smrti. Současně hodnota ABI může mít velkou výpovědní hodnotu v diferenční diagnostice.

Primární péče

Praktické lékařství a angiologie - včasná diagnóza ICHDK

1. 1. 2014 byl kód výkonu „12024 - Měření ABI (Indexu kotník - paže) na čtyřech končetinách oscilometrickou metodou“ zapsán do seznamu zdravotnických výkonů. Přestože se jedná především o screeningové vyšetření v ordinacích praktických lékařů, k odbornému cévnímu lékaři se dostávají již velmi přesná data s vysokou vypovídající hodnotou. Ordinace praktického lékaře vybavená přístrojem pro měření ABI se tak stává zásadním článkem v programu včasného zachytu ICHDK jak u symptomatických, tak především u asymptomatických pacientů. Možnost včasného odchytu ICHDK v ordinacích praktického lékaře tak zvyšuje standardy v péči o pacienta.

Sekundární péče – široké mezioborové využití

Diabetologie

Vzhledem ke zvýšenému výskytu ICHDK u pacientů s diabetem je vhodné u této skupiny provádět screeningové měření ABI. Dále např. zvýšená hodnota ABI nad 1,3 může poukázat na přítomnost mediokalcinózy.

Kardiologie

Měření ABI zpřesňuje odhad kardiovaskulárního rizika pacientů. Stejně tak může pomoci k rychlému vyloučení nebo potvrzení onemocnění ještě před specializovaným, časově náročnějším vyšetřením.

Nefrologie

U pacientů s chronickým selháváním ledvin je průběh periferního onemocnění tepen daleko progresivnější než u pacientů bez tohoto onemocnění. Proto je důležité hodnotu u těchto pacientů ABI pravidelně sledovat.

Dermatologie

Zjištění hodnoty ABI je základem před kompresní terapií při léčbě bércových vředů.

Denně používaný

Zkušenosti z praxe

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., spoluautor CZECH ABI projektu, praktický lékař, Praha:

„Uvedení metody oscilometrického měření tlaku na dolních končetinách do ordinací praktických lékařů je příkladem efektivní mezioborové spolupráce, využití vědeckých poznatků a technického rozvoje, ve prospěch zvyšování kvality péče o pacienta. Boso ABI-systém je screeningovým i diagnostickým nástrojem každodenní praxe s velkým indikačním záběrem, jehož využití bude dále narůstat. Navíc je metodou jednoduchou, elegantní, pro pacienty atraktivní a přesvědčivou.“

MUDr. Karel Roztočil, CSc., spoluautor CZECH ABI projektu, angiolog, IKEM Praha:

„Měření indexu ABI je bez sporu nejrozšířenější neinvazivní diagnostická metoda, která se v současnosti - z mnoha důvodů - používá v angiologických ordinacích. Pro průkaz končetinové ischemie má zásadní význam, který je srovnatelný s EKG vyšetřením u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Podobně jako EKG u bolestí hrudníku, umožňuje měření ABI průkaz tepenných onemocnění u bolestí končetin. Přístroj Boso poskytuje možnost využití metody i v rutinních ordinacích praktických lékařů.“

MUDr. Jana Vojtíšková, spoluautor CZECH ABI projektu, praktický lékař, Praha:

„Měření ABI indexu pomocí boso ABI-systému 100 v naší všeobecné praxi používáme v současné době daleko nad rámec zadání Czech ABI projektu, jehož jsem spoluautorkou. Efektivní, jednoduché měření používáme denně a zcela rutinně, vzhledem k jeho bohatým indikacím využitelným v prevenci, diagnostice a také zejména v dispenzární péči u pacientů s hypertenzí, různými formami ischemické choroby a u diabetiků. V praxi se snažíme optimalizovat využití přístroje s ohledem na úhradové podmínky s cílem zvýšit kvalitu poskytované péče již na úrovni primární péče.“

MUDr. Zuzana Hašková, praktický lékař, Ústí nad Labem:

„Proč používám boso ABI-systém 100? Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu pacientů s DM a aterosklerosou je boso ABI-systém 100 v ordinaci PL velmi užitečným přístrojem k časně detekci ICHDK, která pokud není včas a účinně léčena, může vést až k amputaci končetiny či smrti pacienta. Od doby, kdy s tímto přístrojem pracuji, jsem odhalila nejednu počínající ICHDK a mohlo být tak započato s včasnou léčbou pacienta.“

MUDr. Robert Náplava, Ph.D., kardiolog, Kroměříž:

„Jak říká moje kolegyně s trochou nadsázky: *„Je to můj nejoblíbenější a nejužitečnější přístroj z naší ambulance, protože napíše sám i diagnózu“*. Přístroj boso ABI-systém 100 používáme asi 6 let a jsme s ním velmi spokojeni. Vyšetření provádí zcela samostatně sestra, která závěr z vyšetření přenesla do zprávy. Lékař okamžitě vidí zda-li je přítomna patologie. Celkově se proces vyšetření velmi zrychlil.“

boso Germany

Premium-Qualität

Ekonomický

Vykazování plátcům zdravotní péče

Boso ABl-systém 100 je ve své kategorii a oblasti použití nejrozšířenějším přístrojem na trhu, který 100% splňuje požadavky na vykazování kódu 12024 plátcům zdravotní péče.

12024 MĚŘENÍ ABI (INDEXU KOTNÍK - PAŽE) NA ČTYŘECH KONČETINÁCH OSCILOMETRICKOU METODOU

Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách zároveň pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

115 bodů | čas: 5 min | frekvence: 1/1 rok ¹⁾

Rozšířením boso ABl-systém 100 o modul PWV se nejen zvýší diagnostické možnosti pracoviště, ale výrazně se tak i zvýší ekonomická návratnost investice do přístroje.

¹⁾ hodnota bodů platná k 1. 7. 2015

Příslušenství

Pro pořádek a ergonomii práce

Příslušenství k boso ABI-systém 100

- 769-110 Manžeta ABI 100, bez hadice, paže standard (obvod 22 - 42)
- 769-102 Manžeta ABI 100, bez hadice, kotník (obvod 18 - 38)
- 769-103 Hadice ABI 100, pravá paže, červená, (délka 2m)
- 769-104 Hadice ABI 100, levá paže, žlutá (délka 2m)
- 769-105 Hadice ABI 100, pravý kotník, černá (délka 3,5m)
- 769-106 Hadice ABI 100, levý kotník, zelená (délka 3,5m)
- 769-107 Síťový zdroj, ABI 100
- 769-111 Držák manžety ABI 100 - pod lehátko
- 769-112 Držák manžety ABI 100 - na zed'
- 769-113 Držák přístroje - na zed'



Připraven k použití

Technické parametry

Obsah balení


přístroj boso ABI-systém 100 | 2 nylonové manžety na paži (obvod paže 22-42 cm) vč. hadice |
2 nylonové manžety na kotník (obvod nohy 18-38 cm) | napájecí zdroj | USB kabel | CD s programem
Profile Manager | CD s návodem v českém jazyce

Technická data

Měřicí metoda	oscilometrie
Měřicí rozsah systolického tlaku	60 až 250 mmHg
Měřicí rozsah diastolického tlaku	40 až 140 mmHg
Tlak v manžetě	0 až 300 mmHg
Hmotnost	3,8 kg bez síťového zdroje
Rozměry (Š x V x H)	460 x 83 x 290 mm

Systémové požadavky na výpočetní techniku

64 MB RAM | grafická karta | 20 MB volné paměti na harddisku
1 volný USB port | OS Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 | tiskárna





BOSCH + SOHN
GERMANY



Výhradní dovozce do ČR a SR:

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861, 506 01 Jičín
tel./fax: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: abi@compek.cz
www.compek.cz, www.boso-abi.cz

pobočka Plzeň:
Masarykova 1132/62
312 12 Plzeň
mobil: +420 736 773 551

pobočka Hradec Králové:
Vážní 899
500 03 Hradec Králové
mobil: +420 603 172 425

pobočka Morava
Komenského 882
763 21 Slavičín
mobil: +420 774 747 599



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Slovensko
Strážna 11, 831 01 Bratislava
mobil +421 908 758 793, fax: +421 2 3301 6145
e-mail: info@compek.sk
www.compek.sk, www.boso-abi.sk

pobočka Žilina:
Bytčická 89
010 09 Žilina
mobil: +421 905 805 546

pobočka Púchov
Námestie slobody 1657/9
020 01 Púchov
mobil: +421 949 749 599



Prvotřídní kvalita pro lékaře a kliniky

Premium-Qualität

boso Germany